

河北省眼科医院麻醉机采购项目采购需求

- 1、适用于成人、小儿、婴幼儿和新生儿吸入式麻醉。
- 2、呼吸机类型：气动电控呼吸机或电动电控呼吸机。
- 3、标配通气模式：手动、容量控制、压力控制、同步容量控制、同步压力控制、压力支持、压力调节容量控制、同步压力调节容量控制等。
- *4、具备肺复张功能。
- 5、具备内置负压吸痰功能。
- 6、具备心脏旁路功能。
- 7、具备二氧化碳旁路功能。
- 8、具备辅助供氧功能。
- 9、具备回路加热功能，消除水汽冷凝。
- *10、具备氧气、空气全电子流量计。
- 11、容量控制下最小潮气量 $\leq 15\text{ml}$ 。
- *12、标配一个顺磁氧、AG、呼末二氧化碳监测模块。
- 13、标配七氟烷挥发罐 1 个。
- 14、后备电池使用时间 ≥ 90 分钟。
- 15、机架推车 1 台。